

# 器械消毒表

个人服务环境专用

**谨记：**  
您必须清洁、冲洗并  
干燥器械之后  
方可消毒

消毒等级	何时使用	消毒用品	接触时间	物品示例
高级	通常不会穿透皮肤, 但会接触以下身体部位的设备、仪器或物品: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵或肛门等粘膜</li> <li>• 破损的皮肤</li> </ul> 除氯漂白剂外, 其他高效消毒剂应具有 2 级医疗器械许可证。	漂白剂 5000 ppm (3.5 汤匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟 <b>提示:</b> 必须每天更换溶液	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可重复使用的手术刀柄</li> <li>• 微型刀片手柄</li> <li>• 有血/体液接触的夹钳、剪具等</li> <li>• 双环粉刺和微晶磨皮设备</li> <li>• 磨碎式脚锉</li> <li>• 容纳/操作/接触无菌物品的物品 (例如针头、刀片)</li> <li>• 用于剪断套管 (插入管) 的剪刀</li> <li>• 去除内生毛发的镊子</li> </ul>
		≥ 6% 过氧化氢 (增强作用配方)	遵循制造商的说明	
		2% 过氧化氢 (增强剂型)		
		0.55% 邻苯二甲醛		
中级	用作接触完好皮肤, 但可能意外接触破损皮肤、粘膜, 或刺穿皮肤的设备、仪器或物品	漂白剂 1000 ppm (2 茶匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟 <b>提示:</b> 必须每天更换溶液	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 夹钳、剪具、指甲刀、角质层推刀</li> <li>• 金属/玻璃指甲锉</li> <li>• 抹刀</li> <li>• 从毛囊中取出毛发以及贴上假睫毛的镊子</li> <li>• 面部刷和其他用于接触完好皮肤的面部护理设备</li> <li>• 足浴盆</li> <li>• 可重复使用的紫外线护目镜</li> <li>• 金刚石钻头</li> <li>• 激光头、激光尖和激光棒</li> <li>• 可重复使用的金属德美尔钻头</li> <li>• 意外接触血液或体液的剪刀</li> <li>• 带有可移除贴纸的脚锉或金属脚锉</li> </ul>
		70-90% 具有天然产品编号 (NPN) 的异丙醇/乙醇	10 分钟 <b>提示:</b> 每次使用后必须更换溶液	
		0.5% 声称对结核病 (TB) 或分枝杆菌有疗效的过氧化氢 (增强剂型)	遵循制造商的说明	
低级	不直接接触顾客, 或仅接触头发或完好皮肤的设备、仪器或物品。可用于消毒环境表面和日常家居清洁	漂白剂 100 ppm (1/4 茶匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟 <b>提示:</b> 必须每天更换溶液	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 梳子和刷子</li> <li>• 卷发器、挑染钩针、理发推刀片和护罩</li> <li>• 用来剪头发或一次性脱毛蜡纸的剪刀</li> <li>• 服务托盘和碗</li> <li>• 桌子、椅子和床</li> <li>• 地板和墙壁</li> <li>• 用于盛放无菌包装镊子或其他无菌设备或器械的容器</li> <li>• 用于完好皮肤的剃须刀的手柄和支架</li> <li>• 德美尔 (Dremel) 工具手柄</li> <li>• 美甲碗和托盘</li> <li>• 茧子刀片支架</li> </ul>
		季铵盐	遵循制造商的说明	
		3% 过氧化氢或 0.5% 过氧化氢 (增强剂型)		
		苯酚		

\*请注意, 上述漂白剂配方是用 5.25% 次氯酸钠溶液计算

备注: 穿透皮肤的关键设备/仪器 (用于侵入性手术) 和一些装有无菌物品的设备必须清洁后进行消毒。紫外线“消毒器”或玻璃(热)珠“消毒器”不是可接受的消毒方法。

约克区公共卫生局不推广或反对使用所列的任何品牌产品。这并不是所有所售产品的详尽清单, 仅代表个人服务环境中使用的一些产品示例。此图表旨在帮助您了解和找到可接受的消毒剂。所有使用的消毒剂都必须附有加拿大卫生部指定的药品识别编号 (DIN) 或天然产品编号 (NPN) (氯漂白剂例外)。